



Bruk av Denton Linsevæske




Spray Denton Linsevæske på et stykke rent linsepapir, som er lagt dobbelt



Spray aldri Denton Linsevæske, direkte på mikroskopets optiske komponenter.



Rengjør de optiske overflatene i sirkulære bevegelser.



Tørk etter, med dobbelt lag tørt linsepapir.

Denne prosedyren gjentas, inntil all optikk er rengjort.
Om nødvendig, bruk KenAir Luftspray for å fjerne eventuelt støv.